



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Параскев Стоянов"

гр. Варна, ул. Марин Дринов № 55

Ректор: ☎ 052/65-00-57 факс: 052/67-70-80

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Проф. П. Стоянов" - Варна

№ АД-023-137
31.08. 2012г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБНИЯ
ПРОЦЕС В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ –ВАРНА”**

РАЗЯСНЕНИЕ

ОТНОСНО: ЗАПИТВАНИЯ ЗА УТОЧНЕНИЕ В КОНКУРСНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура с предмет “Доставка на апаратура за нуждите на учебния процес в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна”, на основание чл.29 от ЗОП, Възложителят дава следното разяснение:

Въпрос за обособена позиция № 7, т.7 Аналитична везна: Кое налага да се изисква теглото на аналитичната везна да е в този къс диапазон при пълно съответствие с останалите технически спецификации?

Отговор: Теглото на аналитичната везна е компонент на техническата спецификация за този вид апарат и по тази причина е включено като част от изискванията на Възложителя в документацията за участие. Изискванията на Възложителя се базират на обобщени данни от технически спецификации на този вид апаратура, съобразено с исканият от нас капацитет и клас на точност на измерването, посоченият параметър не е насочващ към конкретен производител или марка.

Предложената от участниците апаратура следва да отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Техническите спецификации /Приложение № 1/

ПОМ.- РЕКТОР:.....

/инж.Деян Грънчаров/

Съгласно Заповед № Р -1002134/01.06.2012г.

Изготвил:

/доц.Галунска/

